

服薬情報提供書（キューバルエアゾールチェックシート）

Ver.20190520

担当医 \_\_\_\_\_ 科 \_\_\_\_\_ 先生 \_\_\_\_\_

\* 確認した項目について、その評価を確認欄に○△×にてご記入いただき、適宜コメント等記載のうえ、当院薬剤部までFAXしてください。

京都第二赤十字病院薬剤部 直通TEL:075(212)6940 FAX:075(212)6113

問題なし:○ やや不安あり:△ 不安あり:×			確認 (○△×)
アドヒアランス	1	毎日決まった時間に吸入をする（ _____ 時）	
	2	毎日決まった回数の吸入をする（1日 _____ 回、1回 _____ 吸入）	
準備	3	【初回のみ】アダプターにアルミ容器が正しく装着されているか確認し、吸入口についている灰色のキャップをはずす アルミ容器の底が上になるように持ち、薬が正しく出るか確かめるため <b>試し噴射を2回行う</b>	
	4	【2回目以降】アダプターにアルミ容器が正しく装着されているか確認し、吸入口についている灰色のキャップをはずす アルミ容器の底が上になるように持つ	
吸入	5	以下の①②いずれかの方法で行う ①クローズドマウス法（直接口にくわえて吸入する方法）：アダプターの吸入口を歯の間で軽くくわえ、唇でしっかり包む ②オープンマウス法（口から離して吸入する方法）：口から3～4センチ離れた状態で構える	
	6	【息吐き】苦しくならない程度に息を十分吐き出す	
	7	【吸入】息を吸い込み始めると同時にアルミ容器の底を1回押して、薬をゆっくり吸入する	
	8	【息止め】吸入口から口を離し、そのまま口を閉じ、ゆっくり5秒程度息を止める	
	9	【息吐き】ゆっくりと息を吐き出す	
	10	【複数回吸入する場合】1回に2吸入以上指示された場合は、5から9の操作を繰り返し行う	
うがい	11	【吸入後】のどに薬が残らないように、吸入の後必ずすぐにうがいと口すすぎを行う	
保管と管理	12	吸入後は、キャップを閉めて清潔に保管する * アダプターは少なくとも週1回水かぬるま湯で十分に洗浄し、乾燥させる * アルミ容器は水に濡らしたり火中にいれたりしない * ストーブの近くなど熱のある場所は避け、30℃以上の場所に置かない * 地方自治体により定められたアルミ容器の廃棄処理法に従う * アルミ容器に穴を開けるときは空にしてから開ける	

【確認日】 年 月 日 【服薬情報提供に関する患者の同意】  あり  なし

【患者ID】 \_\_\_\_\_ 【保険薬局名(TEL)・担当薬剤師】 \_\_\_\_\_

【患者名】 \_\_\_\_\_ 様

【初回処方日】 年 月 日

【確認回数】 初回・2回目・3回目・( \_\_\_\_\_ )回目

【コメント】 \_\_\_\_\_